仕様書

1　品　　名　　全自動固相抽出装置

2　規格等及び数量

ジーエルサイエンス株式会社製 アクアトレース ASPE899-PFAS　　一式

【一式の内容】

メーカー名	規格等	数量
ジーエルサイエンス株式会社	アクアトレース ASPE899-PFAS （φ100 ㎜ダクト用側面パネル及びアルミダクト含む）	1セット
	窒素発生装置ニトロミニフィルター（Air）	1個
	窒素発生装置ニトロミニフィルター（Purge）	1個
	PTFE フリー活性炭フィルター（エージング済み）	2本
	ルアーデバイス型カートリッジ Inertsepmini　MA-2	500 本
	GL-SPE 濃縮管（透明・共通摺合せ・最大容量 7mL）	60 本
	PFAS 用オートサンプラーバイアル（1.5mL・ポリプロピレン製）	1000 本
	セプタム付スクリューキャップ（セプタム：シリコン/アルミ製）	1000 個

※　当該機器の製造中止等が判明した場合は、当該機器の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入主管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

3　納入場所

静岡市清水区庵原町 152 番地の９

静岡市上下水道局　水質試験センター　２階　有機化合物試験室Ⅱ

4　納入期限　　令和 7 年 10 月 31 日（金）

5　その他

（1）　機器等の納入は、購入主管課と協議の上、当課の指定した日時に据付調整を行うこと。

（2）　機器等の納入の際は、機器の設置、既設の窒素発生装置（ニトロミニ NM9100）への接続及び初期設定を行い、正常に動作するよう調整、確認すること。

（3）　設置した機器には、機器の稼働及びメンテナンスに支障がないよう転倒防止措置を行うこと。詳細については事前に購入主管課と打合せを行うこと。

（4）　購入主管課の指定する工程メソッド等を提供すること。内容については事前に担当者と打合せを行うこと。

（5）　取扱説明書を１部付属し、購入主管課職員に対して機器取扱い方法の説明を行うこと。

（6）　既存の機器一式（アクアトレース ASPE799）を無償で引き取ること。

（7）　梱包資材等は全て持ち帰ること。

（8）　不明な点は購入主管課と協議すること。

6　購入主管課

静岡市上下水道局水道部水質管理課水質第２係

担当者　安本　電話 054-363-6651