

仕 様 書

1 品 名 分光光度計

2 数 量

- (1) 分光光度計 1式
- (2) データ解析用パソコン及びプリンタ 各1式

3 規格等

(1) 分光光度計

次のNo.1・2うち、いずれか1機種を選定すること。

付属品欄に示す付属品を用意すること。

No.	メーカー	品 番	付属品
1	日本分光株式会社	V-760	・マイクロセル用マスク 1式 ・角型石英マイクロブラックセル 10 mm (T-9M-ES-10) 2式
2	株式会社島津製作所	UV-2700i Plus	・マイクロセル用マスク付セルホルダ (204-06896) 1式 ・セミマイクロブラックセル (200-66551) 2式

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

(2) データ解析用パソコン及びプリンタ

次の規格等を満たす機種を選定すること。

なお、(1)に接続し、正常稼働できるものであること。

品 名	規格等
データ解析用パソコン	分析及びデータ解析が正常稼働できるノート型パソコン OS : Windows 11 以上 ソフトウェア : Microsoft Office 2021 以上 【付属品】マウス : USB タイプ(光学式)
プリンタ	A4 サイズをレーザー方式で白黒・両面印刷できること。 プリンタドライバが Windows11 に対応していること。 【付属品】USB プリンタケーブル

4 納入期限 令和8年1月30日(金)

5 納入場所 静岡市清水区庵原町 152 番地の9
静岡市上下水道局水質試験センター 1階 理化学試験室

6 その他

- (1) 入札金額には、搬入、設置、調整等に係るすべての費用を含むこと。
- (2) 機器等の納入は、購入所管課担当者との協議の上、指定した日時に据付調整を行うこと。
- (3) 設置した機器には、機器の稼働及びメンテナンスに支障がないよう耐震対策を講ずること。詳細については、事前に購入所管課担当者との打合せを行うこと。
- (4) 据付にあたっては電源や機器等の動作確認及び調整を行い、必要な措置を講ずること。
- (5) ソフトウェア（日本語仕様）は、制御・データ処理用パソコンにインストールし正常動作確認をすること。
- (6) 分析メソッド、レポートフォーマット等を出力できるように調整すること。内容については、事前に担当者と打合せを行うこと。
- (7) 機器の設置、調整等で必要となる部品及び消耗品については、納入業者が調達すること。
- (8) 納入時に、機器取扱い及び保守に関する説明を実施すること。
- (9) 梱包に使用した段ボール箱、ビニール等は全て持ち帰ること。
- (10) 既存の機器一式を無償で引き取ること。
- (11) 不明な点は購入所管課担当者との協議すること。

7 購入所管課

上下水道局水道部水質管理課 水質第2係 担当者 望月 電話 054-363-6651