

仕様書

1 品 名 有害大気汚染物質測定装置（GC/MS 及び制御 PC）

2 機種等及び数量

次の機種及び付属品を選定すること。

アジレント・テクノロジー株式会社製ガスクロマトグラフ質量分析計システム 一式

メーカー	品名・規格	数量
アジレント・テクノロジー株式会社	Agilent 8890 ガスクロマトグラフ ・EPC 付スプリット/スプリットレス注入口（前・後） ・MSD インターフェース ・オープン排気筒	1 台
	Agilent 5977C inert プラス MSD ターボ EI バンドル ・5977C 質量分析計	一式
	制御用デスクトップパソコン OS：Windows 11 プロフェッショナル 64ビット CPU：Intel Core i5-12500 SSD：1 TB RAM：32 GB モニター：24 型液晶	1 台
	プリンター：モノクロレーザープリンタ	1 台
	GCMS システム用 MassHunter ソフトウェア	一式
	Office LTSC Standard 2024（日本語版）	一式
	NIST MS ライブラリバンドル	一式
	AromaOffice2D Ver.7（日本語版）	一式
	エクストラクターレンズ，6 mm G3870-20448	1 個
	銅製チューブ，1/8 インチ×0.065 インチ，50 フィート 5180-4196	1 個
	GC インストールキット，ツール付き	1 個
	LEAK DETECTOR LD249 2702-19350	1 個

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

3 納入期限 令和8年2月27日（金）

4 納入場所 静岡市駿河区曲金二丁目1番7号 環境局環境保健研究所 1階 大気機器分析室

5 その他

- （1）納入物品の搬入、据付、調整等に係る一切の費用を含むものとする。
- （2）納入の際は、事前に購入所管課と協議し、指定した日時に行うこと。
- （3）納入に当たっては、電源等を確認し必要な措置を施すこと。
- （4）納入時には、据付調整を行い、動作確認を行うこと。
- （5）転倒防止、耐震固定等の必要な措置を施すこと。

- (6) 納入時に既存の分析機器にある分析メソッド及び解析メソッドを移管すること。または同等のメソッドを新たに設定すること。
- (7) 納入時に既存の分析機器にある分析データ及び解析データを移管すること。
- (8) 納入時に全てのソフトウェアライセンスの I D 及び数量の一覧を提出すること。
- (9) 設置完了後、購入所管課職員に対し、取扱い方法の説明をすること。
- (10) 納入場所にある既設機器及び付属品一式を無償で引き取ること。
- (11) 梱包に使用した段ボール箱、ビニール等は全て持ち帰ること。
- (12) 不明な点は、購入所管課担当と協議すること。

6 購入所管課 環境局環境保健研究所 環境科学係 担当：佐藤 電話：054-285-2131