

仕様書

1 品 名 超純水製造装置（微量元素分析タイプ） 一式

2 規格等及び数量

（１）次の機種を選定すること。

メーカー	品名	品番	数量
メルク株式会社	Milli-Q IQ 7005 water purification system	ZIQ7005TOC	1 式
	Milli-Q IQ Element purification system	ZIQELEMTO	1 式
	IQ 7003/5 START KIT ELEMENT	ZIQ1SN0EE	1 式
	E-POD リモートディスペンサー	ZIQEP0D00	1 式
	E-POD 2m 接続ケーブル	ZFCONN2SQ	1 式
	ハンズフリー採水用 フットペダル	ZMQSFTSA1	1 式
	Millipak	MPGP002A1	2 式
	50L タンク	TANKA050	1 式
	タンク上部キット	TANKTOPA1	1 式
	圧力安定弁	ZD10GAB07	1 式
	K1 リークレス架台（W480×D750×H1006mm）	ZRJKSTDK1	1 式

※当該機器の製造中止等が判明した場合は、当該機器の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

3 納入期限 令和8年2月20日（金）

4 納入場所 静岡市清水区庵原町 152 番地の9
静岡市上下水道局水質試験センター 1 階 金属試験室

5 その他

- (1) 入札金額には、搬入、設置、調整等（水質確認を含む）に係るすべての費用を含むこと。
- (2) 機器等の納入は、購入所管課担当者と協議の上、指定した日時に据付調整を行うこと。
- (3) 機器の設置、調整等で必要となる部品及び消耗品については、納入業者が調達すること。
- (4) 機器に既存の原水加圧ポンプを接続すること。
- (5) 設置した機器には、機器の稼働及びメンテナンスに支障がないよう耐震対策を講ずること。詳細については、事前に購入所管課担当者と打合せを行うこと。
- (6) 据付調整後に機器取扱い及び保守に関する説明を実施すること。
- (8) 梱包に使用した段ボール箱、ビニール等は全て持ち帰ること。
- (9) 納入場所にある既設の装置（メルク株式会社製 Milli-Q Integral MT3）一式を無償で引き取ること。
- (10) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

6 購入所管課

上下水道局水道部水質管理課 水質第2係 担当者 鷺澤 電話 054-363-6651