

## ニトリルゴム手袋 仕様書

1 品 名 ニトリルゴム手袋

2 製品名 下記のうち、いずれか1製品（又は同等品）を選定すること。

	メーカー名	製品名（品番）
1	メドライン・ジャパン合同会社	メドライン非天然ゴム製検査・検診用手袋
2	宇都宮製作株式会社	プロプラスニトリルグローブMET PF 検査・検診用（ライラック）
3	サラヤ株式会社	サラヤニトリルグローブソフトフィット

※同等品を選定する場合は、「性能等」に適合するものであると判断できる資料（カタログ等）及び「同等品申請書兼承認書」を令和8年5月20日（水）午後5時までに購入所管課へ提出し、承認を得た上で、契約課に見積書を提出すること。

※当該製品の製造中止等が判明した場合は、当該製品の後継製品で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継製品を納品することができる。

## 性能等

- (1) パウダーフリーであること。
- (2) 加硫促進剤不使用もしくはラテックスフリーであること。
- (3) 材質についてはニトリルゴム製であること。
- (4) 指先は滑り止め加工されているものであること。
- (5) 左右共用であること。
- (6) 一般医療機器であること。
- (7) 別紙「ニトリルゴム手袋性能表」に記載されている性能を有すること。

3 数 量	1箱200枚入り		
	Mサイズ	900箱	(180,000枚)
	Lサイズ	600箱	(120,000枚)
	合計	1,500箱	(300,000枚)

※1箱当たりの入り数が異なる場合には、（ ）内の枚数から納品数を算出し、新品未開封の状態和不足なく納品すること。

4 納入期限 令和8年9月30日（水）

5 納入場所 警防部救急課 静岡市駿河区南八幡町10番30号

## 6 その他

- (1) 決定後、契約業者は速やかに購入所管課担当者と連絡をとること。
- (2) 梱包材は、契約業者が持ち帰ること。
- (3) 不明な点がある場合は、購入所管課担当者へ連絡し指示を受けること。

7 購入所管課 消防局警防部救急課 企画係 古屋 電話：054-280-0199

ニトリルゴム手袋性能表

試験項目	規格
引張強さ	老化前： 14.0MPa 以上
切断時伸び	老化前： 500% 以上 老化後： 400% 以上
全長	240mm(±10 mm以内)
ピンホール品質基準	AQL：1.0 を満たすもの
厚さ	指先：0.08(±0.03)mm 掌：0.06(±0.02)mm

## 見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

ニトリルゴム手袋

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者 (該当に○)

所在地 (住所)

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市長