

仕 様 書

1 件名 ストレッチャー修繕

2 品名及び数量

ファーノ社製 エクスチェンジストレッチャー 5台

【1台あたりの構成】

(1) モデル4080-S トランスポーター 1基

(2) モデル4155 ストレッチャー/チェアー 1基

3 修繕内容

(1) 分解及び点検整備

別紙「整備内容」に基づき、必要な箇所の調整、分解若しくは注油を実施すること。

(2) 部品の取替え

別紙「交換部品」に示す部品の取替え及び調整を実施し、正常な装置に復元させること。

(3) 分解後、リベット止め及びボルトナット止めを実施すること。

4 修繕期限 令和8年11月27日(金)

5 回収場所及び納入場所

- | | |
|---------------------|------------------|
| (1) 静岡市葵消防署 | 静岡市葵区追手町6番2号 |
| (2) 静岡市駿河消防署 | 静岡市駿河区南八幡町10番30号 |
| (3) 静岡市駿河消防署 東豊田出張所 | 静岡市駿河区聖一色206番地の3 |
| (4) 静岡市清水消防署 高部出張所 | 静岡市清水区押切1587番地 |
| (5) 静岡市港北消防署 | 静岡市清水区庵原町592番地の8 |

6 その他

(1) 決定後、契約業者は速やかに所管課担当者と連絡を取ること。

(2) 分解整備完了後、作業報告書を所管課担当者に提出すること。

(3) 分解整備実施時は、同型の代替のストレッチャーを無償で貸出して救急出場に支障が生じないようにすること。

(4) その他不明な点が生じた場合は、所管課担当者と協議すること。

7 所管課 消防局警防部救急課 企画係 担当者 古屋 電話:054-280-0199

整備内容

No.	点検項目
1	ヒンジスクアドハンドル用
2	クラッチチップ
3	ラチェットスタンピング
4	格作動部、摺動部
5	I Vトリガー
6	スレテッドインサート
7	ベアリングスリーブモールドィング
8	5 “テンテホイール
9	アクセルボルトブレーキ付用ナット付
10	板バネ5 “テンテホイール用
11	ブレーキペダル
12	テンションスプリング ショート
13	テンションスプリング ロング
14	ロックピンスプリング&ピン付プランガーピン丸型用
15	ロック&スライドキャリア アッセンブリー
16	20mmスカフ4穴
17	レッグUフレームLエンドスカフ付4穴
18	レッグブレースアッセンブリーLエンド肉厚
19	クロスチューブ ロワー Oエンド肉厚
20	クロスチューブ ロワー Lエンド肉厚
21	アイビーム裏六角穴付ボルト/フィラーバー
22	メインフレームロールピン/クロスチューブボルト
23	リリースレバー/リンケージカムブラケット
24	レッグ部リベット
25	サラネジドリルドシャンクピン用
26	スプリングプランガーピン部
27	スカフOエンド

交換部品

No.	交換項目	交換数
1	5 “テンテホイール	4
2	板バネ5 “テンテホイール用	2
3	ブレーキペダル	2
4	テンションスプリング ショート	1
5	テンションスプリング ロング	1
6	サラネジドリルドシャンクピン用	2
7	スプリングプランガーピン部	3
8	スリーブOエンドブレース部	2
9	スリーブLエンドブレース部	2

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、
ストレッチャー修繕
その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者 (該当に○)

所在地 (住所)

名 称

代表者職氏名

印

(宛先) 静岡市長