

高速液体クロマトグラフ質量分析計（8050）制御及びデータ処理装置修繕仕様書

1 修繕名

高速液体クロマトグラフ質量分析計（8050）制御及びデータ処理装置修繕

2 修繕対象品及び数量

株式会社島津製作所製

高速液体クロマトグラフ質量分析計 NexeraX2/ LCMS-8050 システム 一式

3 修繕内容

(1) 制御及びデータ処理装置（パソコン）の取替え

- ・ OS : Windows 11 Pro (バージョン 24H2) 以降 日本語版
- ・ CPU : Intel®Core™ i5-14500
- ・ HDD/SSD : 512GB 以上
- ・ メモリ : 16GB 以上
- ・ 液晶ディスプレイ : 21.5 型以上

(2) 制御用ソフトウェアインストール

- ・ 制御用ソフトウェア : LabSolutions LCMS
- ・ オフィスソフトウェア : Office LTSC Standard 2024 (日本語版)

(3) システム総合調整確認及び動作確認

高速液体クロマトグラフ質量分析計としての連動確認実施

4 修繕場所

静岡市駿河区曲金二丁目 1 番 7 号 静岡市環境保健研究所 クロマトグラフ分析室

5 修繕期限

令和 8 年 9 月 30 日 (水)

6 その他

- (1) 受注者は、修繕日程について速やかに発注課担当者と連絡調整を行うこと。
- (2) 修繕の際に必要な部品及び消耗品については、受注者が用意すること。
- (3) 修繕中の状態及び交換部品の写真撮影を行い、修繕完了報告書とともに写真を提出すること。
- (4) 修繕に当たっては、発注課担当者の指示に従い最善の注意を払うこと。
- (5) 梱包資材等は持ち帰ること。
- (6) 不明な点は、発注課担当者と協議すること。

7 発注課

静岡市環境局 環境保健研究所 生活科学係

担当者 滝口 連絡先 電話 054-285-2131

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

高速液体クロマトグラフ質量分析計（8050）制御及びデータ処理装置修繕
 その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市長