

仕 様 書

- 1 品 名 救急車定置型酸素吸入装置（追加分）
- 2 数 量 1セット（内訳は、「3規格等」のとおり）
- 3 規 格 等 次の機種又は同等品を選定すること。

日本船舶薬品株式会社製 （1から5を接続して使用する。）

	品 名	規 格	品 番	数量
1	減圧弁 S Aヨーク型 ジュンロンチャック付	ジュンロンチャック付	BE-1007-114	4 個
2	減圧弁 F L W 2 型（ヨーク型）	作動圧力 19.6Mpa 以下の ものであること。	BE-1007-015	1 台
3	三方チーズ 高圧用	高圧用	BE-2007-031	1 個
4	配管ホース 高圧用 6 m	長さ 6 m、高圧用	BE-2007-314 6M	1 本
5	オキシパック スリーエス	・加湿器の容量 6 L/min で6時間（± 1時間以内）のもの ・過調整圧力逃し弁付 ・逆止弁付 ・加湿器落下防止装置付	BE-1007-205 OX-III S	1 台

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

※同等品を選定する場合は、救急車定置型の装置で、上記機種と同等の機能を有するものであり、かつ、1から5までの器具を接続して使用することができることが判断できる資料（カタログ等）と「同等品申請書兼承認書」を令和7年8月29日（金）正午までに購入所管課へ提出し、承認を得た上で、契約課に見積書を提出すること。

4 納入場所 静岡市駿河区南八幡町 10 番 30 号 静岡市消防局警防部救急課

5 納入期限 令和8年3月25日（水）
（ただし、「3規格等」3から5については、救急車の完成前に取付作業を行う必要があるため、購入所管課と納入日について協議すること。）

6 そ の 他

- （1）決定後、契約業者は速やかに購入所管課と連絡をとること。
- （2）救急車内に固定が必要な機器については、購入所管課と協議の上、契約業者が責任を持って取り付けること。ただし、機器の取付けにあつては、その施行日時、場所、その他必要な事項について購入所管課と協議し指示を受けること。
- （3）機器の取付け（車両内装のぎ装を除く。）で必要となる部品及び材料は、契約業者が用意すること。
- （4）見積金額には機器の取付け、接続、設定等、納品に係る全ての金額を含めること。
- （5）機器の梱包材等は、物品納入時に契約業者が持ち帰ること。
- （6）不明な点は、購入所管課へ連絡し指示を受けること。

7 購入所管課 消防局警防部救急課 企画係 担当者 古屋 電話：054-280-0199

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

救急車定置型酸素吸入装置（追加分）

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市長