

## 仕 様 書

- 1 品 名 薬用保冷庫
- 2 数 量 一式（構成は次のとおりとする。）
  - (1) 冷凍冷蔵庫 1台
  - (2) 温度記録計 1台
- 3 規格等 次の機種又は同等品を選定すること。

メーカー	品名・品番	規格等
ホシザキ 株式会社	冷凍冷蔵庫 HRF-180B-ML	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸法：幅 1,900 mm以下×奥行 850 mm以下×高さ 1,950 mm以下であること。</li> <li>・内容積：冷蔵 1,300L 以上かつ冷凍 200L 以上あること。</li> <li>・庫内温度：次の温度で設定できること               <ul style="list-style-type: none"> <li>ア 冷蔵室 最低温度－5℃以下、最高温度 10℃以上</li> <li>イ 冷凍室 －20℃以下</li> </ul> </li> <li>・冷媒及び断熱材：フロン類が使用されていないこと。</li> <li>・単相 100V 電源であること。</li> <li>・棚はステンレス製とし、段数は4段以上であること。</li> <li>・除霜排水の蒸発装置を有すること。</li> <li>・扉はステンレス製の6枚扉以上とし、施錠可能であること。</li> <li>・両面扉部分はセンターピラーレスであること。</li> </ul>
株式会社 T & D	温度記録計 TR75A2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冷凍冷蔵庫の庫内設定温度の範囲で測定可能であること。</li> <li>・記録間隔は5分以下で設定可能であること。</li> <li>・1台で冷蔵、冷凍のそれぞれの庫内温度を記録できること。</li> <li>・購入所管課が所有するスタンドアローンパーソナルコンピュータ（型式：Latitude5350、OS：Windows 11 pro）に接続でき、温度記録をペーパーレスで確認できること。</li> </ul>

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

※同等品を選定する場合は、上記規格等に適合するものであることが判断できる資料（カタログ等）と「同等品申請書兼承認書」を、令和7年9月18日（木）午後5時までに購入所管課へ提出し、承認を得た上で、契約課に見積書を提出すること。

- 4 納入期限 令和7年12月19日（金）
- 5 納入場所 静岡市駿河区曲金二丁目1番7号 静岡市環境保健研究所1階

## 6 その他

- (1) 見積金額には、搬入、据付調整等の納入に係る全ての費用を含むこと。
- (2) 納入は、購入所管課担当者と協議の上、指定した日時に据付調整を行うこと。
- (3) 据付にあたっては電源や機器等の動作確認及び調整を行い、必要な措置を講ずること。
- (4) 機器の稼働及びメンテナンスに支障がないよう転倒防止、耐震固定等の必要な措置を講ずること。
- (5) 据付調整後に、機器取扱い及び保守に関する説明を購入所管課職員に対し、実施すること。
- (6) 梱包に使用した段ボール箱、ビニール等は全て持ち帰ること。
- (7) 既存の機器一式（HR-120XT-ML 及び MPR-311D（H））を無償で引き取ること。
- (8) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

7 購入所管課 静岡市環境保健研究所 環境科学係 担当 矢吹 電話 054-285-2131

## 見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

薬用保冷庫

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市長