

仕 様 書

1 品 名 ふ卵器（温度データロガー付き）

2 数 量 一式

3 規格等

(1) ふ卵器

次のうち、いずれか1機種を選定すること。

	メーカー	品名・品番	数量	追加仕様
1	PHC b i PHC株式会社	冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ	1 台	無し
2	ヤマト科学株式会社	低温恒温器 INE800	1 台	電源コード 1 m 延長
3	EYELA 東京理化器械株式会社	低温恒温器 ローテンプインキュベーター LTE-1010	1 台	無し

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

(2) 温度データロガー

次の機種又は同等品を選定すること。

	メーカー	品名・品番	数量	規格等
1	株式会社 テスト	温度データロガー testo 175 T1	1 個	・計測範囲：-35℃～+55℃ ・温度センサ内蔵 ・計測頻度 10 秒～24 時間 ・メモリ容量 1,000,000 測定値以上 ・電池式バッテリー ・15 分間隔におけるバッテリー寿命が3年以上

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

※同等品を選定する場合は、上表規格等欄に適合するものであることが判断できる資料（カタログ等）と「同等品申請書兼承認書」を、令和8年10月23日（金）午後5時までに購入所管課へ提出し、承認を得た上で、契約課に見積書を提出すること。

4 納入期限 令和9年3月12日（金）

5 納入場所 静岡市駿河区曲金二丁目1番7号 静岡市環境保健研究所2階
細菌BSL3ルーム

6 その他

- (1) 見積金額には搬入、設置、調整等に係る費用を含めること。
- (2) 納品時に、配線接続、調整を行い、正常作動を確認すること。
- (3) 梱包に使用した段ボール箱、ビニール等は全て持ち帰ること。
- (4) 納入時、使用可能なエレベーターの大きさは以下のとおりである。
 - ・ 入口：幅 1,000mm 高さ 2,100mm
 - ・ カゴ（積載量 900 kg）：間口 1,600mm 奥行き 1,350mm 高さ 2,250mm
- (5) 室内の出入口の大きさは以下のとおりである。
 - ・ 入口：幅 1,100mm 高さ 2,000mm
- (6) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

7 購入所管課 環境保健研究所 微生物学係 担当：小野田 電話番号 054-285-2131

見積書

[illegible]

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

ふ卵器（温度データロガー付き）

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地 (住所)

名称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市長