

仕 様 書

1 品 名 保冷库

2 数 量 1 台

3 規格等 次のうちいずれか 1 機種又は同等品を選定すること。

	メーカー	品 番	規格等
1	ホシザキ株式会社	HR-90B	・外寸法が、幅 1000mm 以下×奥行 800mm 以下×高さ 1910mm 以下であること。 ・内容積が、冷蔵 750L 以上であること。 ・扉はステンレス製で、4 枚扉であること。 ・冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
2	日本フリーザー株式会社	NDR-780EHC	・庫内温度は、最低温度－5℃以下～最高温度 10℃以上で設定可能なこと。 ・保冷库表面に庫内温度表示があること。 ・保冷库本体にシリンダーが取り付けられてあり、上下 2 枚の扉を 1 個の鍵で施錠できること。 ・単相 AC100V 電源であること。

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

※同等品を選定する場合は、上表規格等欄に適合するものであることが判断できる資料（カタログ等）と「同等品申請書兼承認書」を、令和 7 年 6 月 13 日（金）正午までに購入所管課へ提出し、承認を得た上で、契約課に見積書を提出すること。

4 納入期限 令和 7 年 12 月 19 日（金）

5 納入場所 静岡市駿河区中島 1711 番地の 1
中島浄化センター 1 階 理化学実験室

6 その他

- （1）見積金額は、運搬・搬入・据付調整費用等を含む総額とすること。
- （2）納入に際しては事前に担当者と十分な打ち合わせをすること。
- （3）搬入に際しては、施設に損害を与えないよう適切な処置をすること。
- （4）機器の据付調整を行い、正常動作確認を行うこと。
- （5）転倒防止、耐震固定等の必要な措置を講ずること。
- （6）梱包に使用した段ボール箱、ビニール等は全て持ち帰ること。
- （7）不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

7 購入所管課 下水道部下水道施設課 中島浄化センター
水質管理係 佐藤
連絡先 中島浄化センター TEL 054-204-3500 FAX 054-285-5499

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

保冷庫

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市公営企業管理者