

仕 様 書

- 1 品 名 恒温水槽
- 2 数 量 一式
- 3 規格等

次の機種又は同等品を選定すること。

メーカー	品名等	規格等	数量
トーマス 科学器械 株式会社	本体 恒温水槽 T-105	外形寸法 : 幅 650mm 以下×奥行 450mm 以下×高さ 400mm 以下 槽内寸法 : 幅 450mm 以上×奥行 350mm 以上×高さ 300mm 以上 容量 : 40L 以上 温度範囲 : 室温+5℃から+80℃ 温度安定度 : ±0.01℃ (設定水温 40℃) 電源 : AC100V 安全装置 : 漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止及び水位低下警報機能を有していること。	1 台
	付属品	・スプリング式棚板 (直径 4 cm、高さ 12cm の円柱のガラス瓶が 20 本以上収まること。)	1 個
		・ステンレス製山型フタ	1 個

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

※同等品を選定する場合は、上記規格等に適合するものであることが判断できる資料（カタログ等）と「同等品申請書兼承認書」を、令和 7 年 7 月 3 日（木）午後 5 時までに購入所管課へ提出し、承認を得た上で、契約課に見積書を提出すること。

- 4 納入期限 令和 7 年 11 月 28 日（金）
- 5 納入場所 静岡市清水区庵原町 152 番地の 9
静岡市上下水道局 水質試験センター 1 階 理化学試験室

6 その他

- (1) 見積金額には、搬入、設置、調整等に係るすべての費用を含むこと。
- (2) 機器等の納入は、購入所管課担当者と協議の上、指定した日時に据付調整を行うこと。
- (3) 設置した機器には、機器の稼働及びメンテナンスに支障がないよう耐震対策を講ずること。
詳細については、事前に購入所管課担当者と打合せを行うこと。
- (4) 据付にあたっては電源や機器等の動作確認及び調整を行い、必要な措置を講ずること。
- (5) 機器の設置、調整等で必要となる部品及び消耗品については、売渡人が用意すること。
- (6) 納入時に、機器取扱い及び保守に関する説明を実施すること。
- (7) 梱包に使用した段ボール箱、ビニール等は全て持ち帰ること。
- (8) 既存の機器一式を無償で引き取ること。
- (9) 不明な点は購入所管課担当者と協議すること。

7 購入所管課

上下水道局水道部水質管理課 水質第 2 係 担当者 水野・安本 電話 054-363-6651

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

恒温水槽

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者 (該当に○)

所在地 (住所)

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市公営企業管理者