

固相抽出装置修繕仕様書

1 修繕名

固相抽出装置修繕

2 修繕対象機器及び数量

ジーエルサイエンス株式会社 全自動固相抽出装置アクアトレース ASPE899 1 台

製造番号	分析項目	設置場所
899-00000190	フェノール	有機化合物試験室Ⅱ

3 修繕内容

- (1) 消耗部品の交換（別表のとおり）、液漏れ確認
- (2) サンプル送液量確認
- (3) 窒素ガス流量確認
- (4) 内部清掃
- (5) 総合動作確認

4 修繕場所

静岡市清水区庵原町 152 番地の 9

静岡市上下水道局水質試験センター 有機化合物試験室Ⅱ

5 修繕期限

令和 9 年 2 月 26 日

6 その他

- (1) 見積金額は、部品及び消耗品費、交換作業等修繕に係る諸経費を含むこと。
- (2) 受注者は、日程について事前に発注課担当者と連絡調整を行うこと。
- (3) 修繕中の状態及び交換部品の写真撮影を行い、修繕完了報告書とともに写真帳を提出すること。
- (4) 物品の現状を発注課担当者と確認し、修繕内容の詳細を打合せすること。
- (5) 修繕に当たっては、発注課担当者の指示に従い最善の注意を払うこと。
- (6) 修繕により生じた廃棄物及び梱包資材等は全て持ち帰ること。
- (7) その他不明な点は、発注課担当者と協議すること。

7 発注課

上下水道局水道部水質管理課 水質第 1 係 担当 望月 駿

電話 054-363-6651

別表 交換部品リスト

ASPE899 部品名	Cat.No.	数量
10mL シリンジ	6030-89911	6
ドレインチューブ 7 × 9 mm, 6 m	6030-89915	1
サンプルラインチューブ (6 本入)	6030-79922	1
固相ラインチューブ (6 本入)	6030-50124	1
HVXM 4 - 5 special(4-5 バルブ)	6030-50101	6
シリンジ 4 方バルブラインチューブ (6 本入)	6030-89924	1
シリンジポンプ用バルブ	6030-89910	6
溶媒切替バルブ ASPE899 用 (HVXM 8 - 5)	6030-89909	1
吸引濾過ビンホース接続コネクターセット	5010-50029	1

