

仕 様 書

- 1 品 名 低温インキュベーター
- 2 数 量 1 台
- 3 規格等

次のうち、いずれか1機種又は同等品を選定すること。

	メーカー	品 番	規格等
1	PHC株式会社	本体:MIR-554-PJ	・外寸法が、幅 800mm 以下×奥行 832mm 以下×高さ 1810mm 以下であること。 ・内容積が、405L 以上であること。 ・外装は塗装鋼板であること。 ・内装はステンレス鋼板であること。 ・扉は塗装鋼板で、1 枚扉であること。 ・扉に観測窓がある場合は、遮光板により蓋ができること。 ・断熱材は硬質発泡ポリウレタンであること。 ・棚は 4 枚以上設置可能とし 4 枚分を備え、耐荷重 50kg/枚であること。
2	アズワン株式会社	本体：KMH-408 及び 追加棚： KMH-TL（1 枚）	・冷媒は HFC 冷媒であること。 ・温度制御範囲は、最低温度－10℃以下～最高温度 50℃以上で設定可能なこと。 ・温度変動幅（周囲温度一定、無負荷時）は、圧縮機 ON/OFF 制御時±1.5℃以内、電熱装置制御時±0.5℃以内であること。 ・温度分布（周囲温度 20℃、設定温度 37℃、無負荷時）は、±0.5℃以内であること。 ・保冷库表面に庫内温度表示があること。 ・単相 AC100V 電源であること。

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

※同等品を選定する場合は、上表規格等欄に適合するものであることが判断できる資料（カタログ等）と「同等品申請書兼承認書」を、令和 7 年 11 月 21 日（金）正午までに購入所管課へ提出し、承認を得た上で、契約課に見積書を提出すること。

- 4 納入期限 令和 8 年 2 月 13 日（金）
- 5 納入場所 静岡市駿河区中島 1711 番地の 1
中島浄化センター 1 階 理化学実験室
- 6 その他

- （1）見積金額は、運搬・搬入・据付調整費用等を含む総額とすること。
- （2）納入に際しては事前に担当者と十分な打ち合わせをすること。

- (3) 搬入に際しては、施設に損害を与えないよう適切な処置をすること。
- (4) 機器の据付調整を行い、正常動作確認を行うこと。
- (5) 転倒防止、耐震固定等の必要な措置を講ずること。
- (6) 梱包に使用した段ボール箱、ビニール等は全て持ち帰ること。
- (7) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

7 購入所管課 上下水道局下水道部下水道施設課

水質管理係 植松

連絡先 中島浄化センター TEL 054-204-3500 FAX 054-285-5499

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、
低温インキュベーター
その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

（宛先） 静岡市公営企業管理者